



**Specjalistyczne Centrum Rehabilitacji
i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu
im. Prof. Mariana Weissa
Zespół Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej**

05-511 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
tel. (022) 756-40-61 do 8, (022) 756-47-33, fax (022) 756-46-80
PKO BP I oddz. Warszawa ul. Sienkiewicza 12/14
Nr konta /122 620 3531

Konstancin, 14.06.2003 r..

Firma "Valdemar Cieślak"
ul. Gwiaździsta 77a
01-651 Warszawa

Zgodnie z umową z dnia 23.05.2003 r.

Opinia przydatności korektorów ortopedycznych w rehabilitacji leczniczej

W Specjalistycznym Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu w Konstancinie w okresie od 13.05.2003 do 13.06.03 przeprowadzono próby praktycznego wykorzystania w rehabilitacji następujących przyborów (wg nazw producenta):

1. okołoszyjne korektory ortopedyczne typu „szwedzkiego” tzw. poduszki ortopedyczne oraz poduszki podróżne.
2. kółka - podkładki okołodobytnicze.
3. kliny (korektory) podkolanowe.

Powyższe wyroby produkcji szwedzkiej i polskiej, ze znakiem wyrobu Sissel i Valde dostarczyła firma „Valdemar Cieślak”.

Przekazane do prób wyroby wykonane są z pianki poliuretanowej, każdy w poszewkach z płótna bawełnianego.

Opinia P.Z. Higieny, Warszawa HZ 8014/91

Atest Higieny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej AM

nr 86PB/251/161/2001

- a) z domodelowaniem do struktur anatomicznych szyi i twarzy
- b) bez domodelowania

Wykonane z pianki poliuretanowej z tzw. „pamięcią kształtu” – nie ulegające odkształceniu oraz z pianki „bez pamięci”. Każdy z rodzajów pianki posiada trzy stopnie twardości.

Różnorodność wielkości, kształtu, twardości testowanych przedmiotów pozwala na indywidualny dobór wyrobu dla pacjenta w zależności od budowy ciała, przyzwyczajień itp.

Wyroby dostępne są również w rozmiarach dla dzieci.

Testowane poduszki znajdują zastosowanie w leczeniu i profilaktyce schorzeń odcinka szyjnego kręgosłupa szczególnie o typie przeciążeniowym, dostosowują się do krzywizn kręgosłupa, zachowują oś kręgosłupa, powodują nietraumatyzujący, lekki wyciąg uzyskany ciężarem głowy, dają szansę odciążenia, powodują zmniejszenie napięcia mięśni karku pozwalają na wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu, są pomocne w ułożeniu pacjenta z bólami karku np. w czasie badań.

Testowana poduszka podróżna jest szczególnie przydatna jako dodatkowy element podpierający odcinek szyjny kręgosłupa w czasie transportu, zwłaszcza osobom - pasażerom skarżącym się na bóle karku, z dyskopatią szyjną, zmianami zwyrodnieniowymi.

Ad. 2. Podkładki – koła odciążające okolice krzyżową, w kształcie anatomicznym dostosowanym do płci (dla kobiet i mężczyzn). Mogą służyć do odciążania okolicy krzyżowej i kości ogonowej.

W prowadzonych próbach stosowano również do odciążania krętarzy większych

Ad. 3. Klin podkolanowy. Pozwala na ułożenie pacjenta w pozycji z uniesionymi kończynami dolnymi ze zgięciem kolan np. dla zmniejszania obrzęków nóg, ma znaczenie w stanach pourazowych i w niewydolności żylniej.

Wszystkie testowane wyroby wykonane są z pianki poliuretanowej w poszewce z płótna bawełnianego. Sposób dezynfekcji: piankę należy wietrzyć i przecierać wilgotną szmatką z dodatkiem detergentu. Poszewki prać w kąpieli wodnej.

Wniosek: Wszystkie wyżej wymienione wyroby mogą mieć zastosowanie w rehabilitacji leczniczej.

Uwagi: Testowane przedmioty nazwane przez producenta korygującymi z punktu widzenia zasad ortyki są przedmiotami odciążającymi.

Ogólna opinia: pozytywna.

P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Opieki Zdrowotnej
[Signature]
dr med. Paweł Baranowski

[Signature]
Dr n. med. Marek Krasuski
SPECJALISTA CHIRURGII
REHABILITACJI MEDYCZNEJ
7764864
WA-3728